


HPLC of 713121-80-3

| | | | |
|-------|-------------|--------|--------------------------|
| 样品名称 | MJ-383-T2 | 采集者 | Sydenr |
| 样品类型 | 未知 | 采集时间 | 2023/12/1 10:20:01 CST |
| 瓶号 | 5 | 采集方法 | 15min通用方法 214nm 254nm |
| 进样次数 | 1 | 处理日期 | 2023/12/1 14:46:05 CST |
| 进样体积 | 3.00ul | 处理方法 | 100 |
| 运行时间 | 15.0Minutes | 通道名称 | W02986 214.0nm1.2 |
| 样品组名称 | 121 | 处理通道名称 | W02986 PDA 214.0nm(干1.2) |



— 样品名称MJ-383-T2, 样品瓶5, 进样1, 通道W02986 214.0nm1.2, 采集日期2023/12/1 10:20:01 CST

外置通道 W02986 PDA 214.0nm(干1.2)

| 峰号 | 通道名称 | 保留时间 (分钟) | 面积 | % 面积 | 峰高 |
|----|--------------------------|-----------|----------|-------|---------|
| 1 | W02986 PDA 214.0nm(干1.2) | 7.397 | 26657 | 0.28 | 5421 |
| 2 | W02986 PDA 214.0nm(干1.2) | 9.353 | 16188905 | 99.36 | 2057761 |
| 3 | W02986 PDA 214.0nm(干1.2) | 10.572 | 36846 | 0.36 | 6229 |

*For laboratory or manufacturing use only, not for drug, food and household use.

* If you have any comments and suggestions, please contact us by sales@amadischem.com